



ЗАВОД ЗА  
БИОЦИДЕ И  
МЕДИЦИНСКУ  
ЕКОЛОГИЈУ

ПИБ: 102142866  
Матични број: 07011563  
Шифра делатности: 8690  
Београд, Требевићка 16  
Централа: 011/3054 000  
Факс: 011/3054 044  
E-mail: [zavod@biocidi.org.rs](mailto:zavod@biocidi.org.rs)  
Број жиро рачуна: 310-216424-65 НЛБ Банка  
840-1026743-37 Управа за трезор

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ  
И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ  
05-01 Бр. 5453/1  
18.12.2017.  
БЕОГРАД, Требевићка

#### ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Предмет: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број ЈН Д-3/2017

Обавештавамо вас да је заинтересовано лице, у року за подношење понуда путем e-mail упутило наручиоцу захтев у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН Д3/2017, Атомски апсорпциони спектрофотометар

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо вас о следећем:

#### ПИТАЊЕ:

У складу са одредбом члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН), заинтересовано лице поставља нарудиоцу следећа питања:

1. На страни 5/58 конкурсне документације, у делу техничка спецификација, за пламену, као и за графитну технику тражено је 8 места за шупље катодне лампе. Да ли ће бити прихватљиво понудити уређај који има шест места за шупље катодне лампе са функцијом предгрејавања једне лампе док се паралелно врши снимање са другом, обзиром да захтеваних осам места битно не утиче на брзину рада уређаја нити на уштеду времена рада оператера?

#### ОДГОВОР:

Наручилац ће прихватити понуду понуђача који буде понудио уређај који има 6 места за шупље катодне лампе.

#### ПИТАЊЕ:

2. На страни 5/58 конкурсне документације, у делу техничка спецификација, за графитну технику тражена је Зееманова позадинска корекција. Да ли ће бити прихватљив систем уколико се уместо Зеетанове корекције позадине понуди корекција позадине са D2 лампом и SR (Self Reversed) метод корекције? D2 и SR метод корекције позадине су најбољи начини за рутинске анализе при чему се омогућава осетљивост и могућност компензације, чак и код спектра код којих постоји интерференција преклапањем линија у спектру („line overlapping“). SR корекција се може вршити у опсегу таласних дужина од 190-900 nm и може се применити и код пламене и код графитне технике. Зеетанова корекција позадине не може да реши све проблеме добијене интерференцијом појединих линија, рецимо приликом интерференције која се догађа при снимању цинка на 231.856 nm и гвожђа на 213.859 nm. SR корекција позадине је једини начин да се коригује позадина при ниској концентрацији цинка при одређивању гвожђа, јер компензује

интерференцију која је настала преклапањем линија, молекуларном апсорпцијом, делимичним распршивањем у пламену и графиту. При употреби Zeemanове корекције позадине детекциони лимит и осетљивост су драстично смањени, чак за 40 % код 40-60% елемената који се одређују графитном техником. Према данашњим актуелним стандардима, дозвољена је примена и само D2 корекције позадине, а са применом SR корекције позадине детекциони лимити, као и осетљивост су поведани у просеку LO-30% . С обзиром да се употребом било које технике звала се Zeeman или Self Reversed добија исти ефекат уклањања позадинских утицаја и интерференција, потребно је да овај захтев избаците из тендерске документације да бисте поступили у складу са Законом о јавним набавкама.

#### ОДГОВОР:

Наручилац ће прихватити понуду понуђача који буде понудио, у делу техничка спецификација за трафитну технику и корекцију позадине са D2 лампом и Self Reversed методом корекције

#### ПИТАЊЕ:

3. На страни 11/58 конкурсне документације, у делу 4.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона, тражено је за кадровски капацитет, да понуђач има ангажована минимум два лица која су прошла обуку произвођача за апарат који је предмет набавке, што се доказује достављањем копије сертификата произвођача да је лице прошло обуку произвођача опреме и копију уговора о раду, односно радном ангажовању лица. Сматрамо да је непотребно са становништва предмета конкретне јавне набавке захтевати доказе о обучености за два ангажована лица која су прошла обуку произвођача за апарат који је предмет набавке, јер наручилац и није у могућности да образложи зашто је потребно ангажовање 2 лица у конкретном случају, чиме је повредио члан 75. став 5 ЗЈН која га обавезује да додатне услове за учешће одреди тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Молимо вас за исправку конкурсне документације у погледу наведеног захтева.

#### ОДГОВОР:

Наручилац прихвата примедбу и извршиће измену конкурсне документације тако што ће, у делу 4.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, за кадровски капацитет тражити најмање једно лице које је обуку произвођача за апарат који је предмет набавке.

#### ПИТАЊЕ:

4. На страни 6/58 конкурсне документације, у делу 3.3. Рок испоруке добара: "Рок испоруке: максимално 7 (словима: седам) од дана закључења Уговора." У одговорима на питања број 05-01 5220/2 од 07.12.2017. наведено је да остајете при року испоруке од максимално 7 дана од закључења уговора, јер наручилац предметну набавку може спровести само у буџетској 2017. години, због обезбеђених средства само у буџетској 2017. години. С обзиром да је отварање понуда 27.12.2017. године, уколико се узму у обзир сви законски минимални рокови који морају бити испоштовани (рок за доношење одлуке о додели уговора, период жалбе, потписивање уговора, период жалбе..), реализација јавне набавке не може бити спроведена у буџетској 2017. години. У обавези сте да поступите у складу са Законом о јавним набавкама, и с обзиром на горе наведено, молим да извршите измену конкурсне документације, или да обуставите поступак јавне набавке.

ОДГОВОР:

У складу са својим потребама, наручилац остаје при захтеву у погледу рока испоруке.

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона наручилац ће овај одговор објавити на Порталу набавки Управе за јавне набавке, Порталу набавки града Београда и на интернет страници наручиоца.

У складу са датим одговорима Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и нову Конкурсну документацију објавити на Порталу набавки Управе за јавне набавке, Порталу набавки града Београда и на интернет страници наручиоца.

Како се измена Конкурсне документације врши више од 8 дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се неће продужавати.

Председник Комисије  
Марија Мркић, дипл. правник

