



ЗАВОД ЗА
БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ
ЕКОЛОГИЈУ

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ
И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
05-01 Бр. 5452/1
18.12.2017. год
БЕОГРАД, Требевићка 16

ПИБ: 102142866
Матични број: 07011563
Шифра делатности: 8690
Београд, Требевићка 16
Централа: 011/3054 000
Факс: 011/3054 044
E-mail: zavod@biocidi.org.rs
Број жиро рачуна: 310-216424-65 НЛБ Банка
840-1026743-37 Управа за трезор

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Предмет: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број ЈН Д-3/2017

Обавештавамо вас да је заинтересовано лице, у року за подношење понуда путем е-mail упутило наручиоцу захтев у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН Д3/2017, Атомски апсорпциони спектрофотометар

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо вас о следећем:

ПИТАЊЕ:

1. Тендерском документацијом сте захтевали да:
Систем треба да поседује интегрисану пламену и графитну технику у један систем

Да ли је могуће понудити систем који има одвојену пламену и графитну технику у две засебне јединице са захтеваним бројем лампи и осталих техничких карактеристика за сваку јединицу понаособ и контролише се путем истог рачунара-софтвера?

ОДГОВОР:

Да. Понуђач може понудити систем који има одвојену пламену и графитну технику у две засебне јединице са захтеваним бројем лампи и осталих техничких карактеристика за сваку јединицу понаособ и који се контролише путем истог рачунара-софтвера.

ПИТАЊЕ:

2. Тендерском документацијом у додатним условима сте захтевали:

Да је у последњих пет година од дана објављивања позива за подношење понуда испоручио најмање два модела предметних добара исте конфигурације као понуђени модел што се доказује изјавом понуђача датом на обрасцу из Конкурсне документације (Образац бр. 7), уз који се прилаже копија уговорам, односно копија фактуре.

Да ли је неопходно понудити као доказ уговор и фактуру где се јасно види да је понуђени инструмент исти модел као понуђени систем и да има исти хидридни систем као систем који је предмет понуде?

ОДГОВОР:

Наручилац је у Конкурсној документацији јасно навео да понуђач уз изјаву доставља копију уговора или копију фактуре из које се јасно види да је понуђач у последњих пет година од дана објављивања позива за подношење понуда испоручио најмање два модела предметних

добара исте конфигурације као модел који нуди, што значи да се из копије наведених документата јасно види да су уређаји исте конфигурације, односно пламене, графитне и хидридне технике, а не само хидридне технике.

ПИТАЊЕ:

3. Тендерском документацијом у додатним условима сте захтевали:

Да има радно ангажована минимум два лица који су прошли обуку произвођача за апарат који је предмет набавке, што се доказује достављањем копије сертификата произвођача да је лице прошло обуку произвођача опреме и копију уговора о раду, односно радном ангажовању лица.

Да ли је могуће приложити сертификат да су лица/сервисери прошли обуку произвођача опреме за понуђени апарат (атомски апсорпциони спектрометар) али не и модел?

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеву датом у конкурсној документацији, за испуњење кадровског услова тражити да понуђач има минимум једно лице које је прошло обуку произвођача за апарат који је предмет набавке, а не и за модел.

ПИТАЊЕ:

4. Тендерском документацијом се захтевали да систем има: Аутосемплер са више од 50 позиција. Да ли је потребно понудити аутосемплер за пламену и графитну технику?

ОДГОВОР:

Потребно је понудити аутосемплер за графитну технику.

ПИТАЊЕ:

5. Тендерском документацијом се захтевали да систем има: Аутосемплер са више од 50 позиција
Да ли је могуће понудити систем који има 40 позиција за узорке и 10 позиција за стандарде.

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеву, да понуђени аутосемплер има више од 50 позиција, дакле 51 позиција или више.

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона наручилац ће овај одговор објавити на Порталу набавки Управе за јавне набавке, Порталу набавки града Београда и на интернет страници наручиоца.

У складу са датим одговорима Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и нову Конкурсну документацију објавити на Порталу набавки Управе за јавне набавке, Порталу набавки града Београда и на интернет страници наручиоца.

Како се измена Конкурсне документације врши више од 8 дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се неће продужавати.

Председник Комисије
Марија Мркић, дипл./правник

