



ЗАВОД ЗА
БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ
ЕКОЛОГИЈУ

ПИБ: 102142866
Матични број: 07011563
Шифра делатности: 8690
Београд, Требевићка 16
Централа: 011/3054 000
Факс: 011/3054 044
E-mail: zavod@biocidi.org.rs
Број жиро рачуна: 310-216424-65 НЛБ Банка
840-1026743-37 Управа за трезор

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ
И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

05-01 Бр. 5516/1
25.12. 2017 год.
БЕОГРАД, Требевићка 16

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Предмет: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број ЈН Д-3/2017

Обавештавамо вас да је заинтересовано лице, у року за подношење понуда путем е-mail упутило наручиоцу захтев у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН Д3/2017, Атомски апсорпциони спектрофотометар

Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо вас о следећем:

ПИТАЊЕ:

„1. У одговорима на питања број 5479/1 од 21.12.2017. наведено је:

Потребно је да понуђени систем има графитну пећ са трансверзалним загревањем.

Да ли ће бити прихватљиво понудити систем са другачијим типом загревања (лонгитудиналним) с обзиром да графитне пећнице од различитих произвођача имају различито конструкционо решење којим сваки произвођач обезбеђије константну температуру приликом загревања, а константном температуром и успешну атомизацију. Атомизација је резултат загревања графитне пећи, број температурних рампи је квалитет загревања јер температурним рампама имате могућност да различите елементе у смеши успешно атомизујете. Сто више температурних рампи омогуђује шири опсег мерења јер код елемената код којих је ниска температура атомизације потребно је подесити програм сушења, загревавања, спаљивања.... Сумарно, начин на који ће се вршити дистрибуција температуре кроз графитну пећницу није од круцијалних информација које су неопходне за рад док број температурних рампи и редослед предгревања, загревања, сушења, спаљивање... су битне информације којима се утиче на осетљивост снимања узорака. Уколико нису добро постављене рампе просто можете прескочити тражени метал.

Молим вас да промените захтев и наведете у конкурсној документацији - трансферзални или лонгитудинални начин загревања“.

ОДГОВОР:

У складу са својим потребама, Наручилац остаје при захтеву трансверзалног загревања графитне пећи.

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона наручилац ће овај одговор објавити на Порталу набавки Управе за јавне набавке, Порталу набавки града Београда и на интернет страници наручиоца.

Председник Комисије
Марија Мркић, дипл. правник